

外用殺菌消毒剤

薬価基準未収載

ヘキサック® AL1%OR液16mm綿棒セット

Hexizac AL 1% OR Solution 16mm Cotton Stick Set ●1%クロルヘキシジンエタノール綿棒

使用手順



1

薬液を下に向ける。



2

薬液側に **綿棒を押し込み**、
薬液を含浸させる。



3

フィルムを左右に開いて
開封する。



4

綿棒を上引き出す。



5

皮膚に塗布し、消毒する。

⚠️ ご使用上の注意



⊘ 薬液部分を
押さないでください。



⊘ 薬液部分を上に
して、綿棒を
押さないでください。

血管アクセスデバイス穿刺部位などの皮膚消毒に

外用殺菌消毒剤

薬価基準未収載

ヘキサック® AL1%OR液16mm綿棒セット

Hexizac AL 1% OR Solution 16mm Cotton Stick Set ●1%クロルヘキシジンエタノール綿棒

効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意は添付文書をご参照ください。

ペンシルで簡単消毒！

携帯に便利

作業の省力化

消毒に適した
薬液量

操作性
持ちやすく折れにくい
プラスチック軸を
採用しています。

衛生的
個包装で
使い切りタイプです。

禁忌(次の患者及び部位には使用しないこと)

1. クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある患者
〔聴神経及び中枢神経に対して直接使用した場合は、難聴、神経障害を来すことがある。〕
2. 腔、膀胱、口腔等の粘膜面
〔クロルヘキシジン製剤の上記部位への使用により、ショック症状(初期症状:悪心・不快感・冷汗・眩暈・胸内苦悶・呼吸困難・発赤等)の発現が報告されている。〕
3. 損傷皮膚及び粘膜〔エタノールを含有するので、損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。〕
4. 眼

組成・性状

1. 組成

成分・含量:本溶液 4.8mL中、日局クロルヘキシジングルコン酸塩液 0.24mL(クロルヘキシジングルコン酸塩として 0.048g)を含む。担体:綿棒 添加物:エタノール、赤色227号、赤色2号、黄色203号、pH調整剤 薬液量:綿棒1本あたり本溶液 4.8mL

2. 製剤の性状

本剤の薬液は、だいたい色透明の液で、特異なおいがある。

効能・効果

手指・皮膚の消毒

用法・用量

手指・皮膚の消毒には、洗浄後、1日数回適量を塗布する。

使用上の注意

1. 慎重投与(次の患者には慎重に使用すること)
(1) 薬物過敏症の既往歴のある患者 (2) 喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある患者
2. 重要な基本的注意
(1) ショック等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。(2) 産婦人科用(腔・外陰部の消毒等)、泌尿器科用(膀胱・外性器の消毒等)には使用しないこと。(3) 本剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。(4) 広範囲または長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。(エタノール蒸気に大量にまたは繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。)

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用 ショック(0.1%未満):ショックがあらわれることがあるので観察を十分に行い、悪心・不快感・冷汗・眩暈・胸内苦悶・呼吸困難・発赤等があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。(2) その他の副作用 過敏症^{※1}:発疹、蕁麻疹等(0.1%未満) 皮膚^{※2}:刺激症状(5%以上又は頻度不明)
注1) このような症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し再使用しないこと。注2) このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

4. 適用上の注意

(1) 投与経路:外用にのみ使用すること。(2) 使用時 1) 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落とししてから使用すること。2) 同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。3) 血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、十分注意すること。4) 本剤はエタノールを含有するので、火気に注意すること。

5. その他の注意

クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与により、ショック症状を起こした患者のうち、数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある。

取扱い上の注意

1. 本剤の付着した白布を直接次亜塩素酸塩で漂白すると、褐色のシミを生ずることがあるので、漂白剤としては、過炭酸ナトリウム等の酸素系の漂白剤が適当である。2. 開封後は速やかに使用すること。



ヨシダ製薬

2013年12月作成

©1402IS
400127